

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	29100
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0655	HIDROXIDO DE POTASIO Solución Volumétrica 0.1 N en Isopropanol	1310-58-3 67-63-0	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	17 / 09 / 2019	Septiembre 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	Libre de Materia en Suspensión	Libre de Materia en Suspensión
Normalidad	0.1004 N	0.1 - 0.1005 N

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 84L

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.