

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	29199
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0755	TIOSULFATO DE SODIO Solución volumétrica 0.0394 N	10102-17-7 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	04 / 10 / 2019	Enero 2020

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.03946 N	0.03944 N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST material estándar de referencia SRM 136f

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.