

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	29231
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0830	FENOLFTALEINA Indicador en solución alcohólica al 1%	77-09-8 64-17-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	12 / 10 / 2019	Octubre 2022

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución alcohólica	Pasa prueba	Pasa prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 8.0	Incoloro	Incoloro
pH 10.0	Rojo	Rojo

Observaciones: Conforme a especificaciones

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.