

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	29575
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
4060	PIRIDINA	110-86-1	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	C₅H₅N	79.10	19 / 12 / 2019	Diciembre 2029

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [C ₅ H ₅ N] (por C.G.)	> 99.9 %	99.0 % mín.
Solubilidad en agua	Pasa prueba	Pasa prueba
Residuo después de la evaporación	< 0.001 %	0.002 % máx.
Agua (H ₂ O)	< 0.1 %	0.1 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Amoniaco (NH ₃)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Cobre (Cu)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Sustancias reductoras	Pasa prueba	Pasa prueba

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10^a edición.</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.