

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	29892
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0605	NITRATO DE PLATA Solución volumétrica 1.0 N	7761-88-8 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	05 / 03 / 2020	Marzo 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	1.000 N	1.0 - 1.005 N
Apariencia	Pasa prueba	LCLMS (Líquido claro libre de materia suspendida)
pH de la solución	3.0	3.0 – 6.0

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones.</i> <i>Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estandarizado de referencia SRM 999c.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.