

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	30176
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
8037	DIMETILGLIOXIMA	95-45-4	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo ACS	C₄H₈N₂O₂	116.12	21 / 05 / 2020	Mayo 2030

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Punto de Fusión (°C)	241	240 – 241 °C
Residuo de la calcinación	0.03 %	0.05 % máx.
Insolubles en alcohol	0.02 %	0.05 % máx.
Recomendable para determinar Niquel	Pasa prueba	Pasa prueba

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.