

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	30303
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0635	SOLUCIÓN SALINA AL 0.90 %	7647-14-5 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	23 / 06 / 2020	Junio 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo (NaCl)	0.902 %	0.90 % – 0.905 %
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones.</i> <i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.