

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Karal S.A. de C.V.</b>                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.<br>Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50<br><a href="http://www.karal.com.mx">www.karal.com.mx</a> , <a href="mailto:ventas@karal.com.mx">ventas@karal.com.mx</a> |

| <b>Certificado de Análisis</b> |                                                              | <b>Lote</b>                     | <b>30682</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <i>Catálogo</i>                | <i>Descripción del producto</i>                              | <i>CAS No.</i>                  |              |
| <b>0755</b>                    | <b>TIOSULFATO DE SODIO<br/>Solución volumétrica 0.0394 N</b> | <b>10102-17-7<br/>7732-18-5</b> |              |

| <i>Grado</i>    | <i>Fórmula</i> | <i>P.M.</i> | <i>Fecha</i>          | <i>Caducidad</i>  |
|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Reactivo</b> | <b>N/A</b>     | <b>N/A</b>  | <b>11 / 09 / 2020</b> | <b>Junio 2021</b> |

| <b>Pruebas</b> | <b>Resultados</b> | <b>Especificaciones</b> |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| Normalidad     | 0.0394444 N       | 0.03944 N               |
| Apariencia     | LCLMS*            | LCLMS*                  |

**Observaciones:**

*Conforme a especificaciones.*

*Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST material estándar de referencia SRM 136f.*

*\*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.*

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**