

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	30796
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0581	YODO Solución volumétrica 0.1 N	7553-56-2 7681-11-0 7732-18-5	

6

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	06 / 10 / 2020	Octubre 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.1003 N	0.1 – 0.1005 N
Apariencia	Libre de Materia en Suspensión	Libre de Materia en Suspensión

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST material estándar de referencia SRM 83d.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.