

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	31395
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
3092	ÉTER DE PETRÓLEO HPLC Para cromatografía líquida	8032-32-4	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo ACS	N / A	N / A	03 / 02 / 2021	Febrero 2031

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Color (APHA)	5	10 máx.
Rango de ebullición	35– 42 °C	35 – 60 °C
Residuo después de la evaporación	< 0.001 %	0.001 % máx.
Acidez	Pasa prueba	Pasar prueba
<u>Absorbancia Ultravioleta (1.0 – cm celda contra agua):</u>		
400 – 270 nm	< 0.01	0.01 máx.
250 nm	0.01	0.05 máx.
230 nm	0.03	0.20 máx.
220 nm	0.06	1.00 máx.

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.