

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	31842
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0613	NITRATO DE PLATA Solución volumétrica 0.153 N	7761-88-8	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	27 / 04 / 2021	Abril 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.15304 N	0.15300 – 0.15305 N
Apariencia	LCLMS	LCLMS (Líquido claro libre de materia suspendida)
pH de la solución	3.6	3.0 – 6.0

Observaciones: Conforme a especificaciones. Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estandarizado de referencia SRM 999b.
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.