

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	31853
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0828	SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (12900 µS)	7447-40-7 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	30 / 04 / 2021	Abril 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Conductividad a 25°C (µS)	12910	12900 – 12910 µS
Apariencia	LMS*	LMS*

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones</i> <i>*LMS: Libre de Materia en Suspensión.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.