

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	32168
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
3096	PROPILENGLICOL	57-55-6	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	CH₃CHOHCH₂OH	76.09	30 / 06 / 2021	Junio 2031

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo (CH ₃ CHOHCH ₂ OH) (por C.G.)	99.9 %	99.5 % mín.
Color (APHA)	< 5	10 máx.
Residuo después de la ignición	< 0.001 %	0.005 % máx.
Agua	< 0.1 %	0.2 % máx.
Cloruro	< 0.0001 %	0.0001 % máx.
Acidez titulable (meq/g)	0.0001	0.0005 máx.

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.