

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	33841
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
8025	NITRATO DE COBALTO Hexahidratado	10026-22-9	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo ACS	Co(NO₃)₂ · 6H₂O	291.03	21 / 04 / 2022	Abril 2032

Pruebas	Resultados		Especificaciones	
Ensayo [Co(NO ₃) ₂ · 6H ₂ O]	98.2	%	98.0 – 102.0	%
Materia insoluble	< 0.01	%	0.01	% máx.
Cloruro (Cl)	0.001	%	0.002	% máx.
Sulfato (SO ₄)	0.004	%	0.005	% máx.
Calcio (Ca)	0.005	%	0.005	% máx.
Cobre (Cu)	0.001	%	0.002	% máx.
Hierro (Fe)	0.001	%	0.001	% máx.
Níquel (Ni)	0.15	%	0.15	% máx.
Potasio (K)	0.01	%	0.01	% máx.
Plomo (Pb)	0.002	%	0.002	% máx.
Sodio (Na)	0.05	%	0.05	% máx.
Zinc (Zn)	0.01	%	0.01	% máx.
Magnesio (Mg)	0.005	%	0.005	% máx.

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11^a edición.</i>

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.