

	Karal S.A. de C.V.
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	41289
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0269	YODO Solución volumétrica 0.0473 N	7553-56-2 7681-11-0 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	N/A	N/A	05 / 08 / 2024	Agosto 2027

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.04728 N	0.04728 – 0.04732 N
Apariencia	LMS*	LMS*
Yoduro de potasio (g/L)	57.0 g/L	57.0 g/L

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución es trazable al NIST material estándar de referencia SRM 136f.

- Calibración de balanzas**
 Todas las balanzas analíticas son calibradas por un procedimiento y laboratorio de calibración acreditado. Los pesos usados para las pruebas son comparados anualmente con pesos estándar y son trazables al NIST.
- Calibración del material de vidrio**
 Se emplea un procedimiento interno para calibrar todo el material de vidrio clase A usado en la manufactura y control de calidad de CRM/RMS.

Soporte técnico:

- ISO 9001:2015 Registro ante el Sistema del manejo de calidad.**
 - Número de registro del certificado: 10008077 QM15

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones internas.</i> <i>Solución estandarizada a 20 °C.</i> <i>*LMS: Libre de Materia en Suspensión.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.