

Certificado de Análisis		Lote	50513
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0143	ÁCIDO SULFÚRICO Solución volumétrica 0.225 N	7664-93-9 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	03 / 04 / 2025	Abril 2028

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.227 N	0.223 – 0.227 N
Apariencia	*LCLMS	*LCLMS

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución estándar es trazable al NIST SRM 723e. Solución estandarizada a 20 °C.

- Calibración de balanzas y verificación.**
 Las balanzas analíticas y las pesas usadas para la verificación son calibradas por un laboratorio acreditado.
- Verificación del material de vidrio.**
 Se emplea un procedimiento interno para verificar la calibración del material de vidrio clase A usado en los procesos de laboratorio.

Soporte técnico

Este material fue analizado bajo un sistema de control de calidad ISO 9001:2015 número de registro del certificado 10008077 QM15.

Observaciones: <i>Conforme a especificaciones internas.</i> <i>*LCLMS: Líquido claro, libre de materia suspendida.</i>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.